

Test van de best mogelijke apparaatinstelling

Om een therapieprogramma te individualiseren, test men de parameter apart.

1. Eerst worden de acupunctuurpunten getest, om een passend testpunt te vinden, diens waarde het meest van de norm afwijkt. Hiervoor bijzonder geschikt zijn de terminalpunten van allergie, 3-voudige verwarmers en hart. Ook een punt met een dalende wijzer of een zeer lage testwaarde kan voor dit doel gekozen worden.
2. Wie geen acupunctuurpunten testen wil, kan ook de kwadrantentest uitvoeren en het punt gebruiken waarvan de waarde het meest van de norm verwijderd is.
3. De ingang van het *BICOM* apparaat blijft onbenut.
4. De patiënt krijgt de cilindrische handelektrode in zijn hand, die gecombineerd is met de test- en therapiegriffel.
5. De uitgang van het therapieapparaat wordt door het indrukken van de toets **UITGANG TEST** op de handelektrode aan het testgedeelte geschakeld.
6. Om dit te bereiken, wordt de meergebiedsschakelaar van het testgedeelte op **E** gezet.
7. Vervolgens wordt de toets **START** ingedrukt. Door de handelektrode worden de parameters aan de patiënt gegeven en met de testgriffel de reactie getest.
8. M.b.v. het testverloop, wordt telkens de therapieparameter gevonden, die de testwaarde het meest in richting van 50 of op 50 brengt.