

Meridiaan behandeling

De meridiaandoorvloeding is een erg werkzame methode, om gestoorde meridianen gericht te behandelen. Hiervoor zijn twee puntelektroden nodig, die in een therapiegriffel (houdergriffel) geschroefd worden. De ene wordt bij de ingang aangesloten, de andere bij de uitgang.

Voor de gestoorde meridiaan wordt het bijhorende programma ingesteld en de elektroden worden bij de meridiaanpunten aangelegd als volgt:

<p>Ingang: aangesloten puntelektrode op het eindpunt Uitgang: aangesloten puntelektrode op het beginpunt</p>
--

Door gewoon de puntelektroden op de acupunctuurpunten te verwisselen, kan de stroomrichting omgedraaid worden.

Dat kan in sommige gevallen erg van nut zijn. Vooral als de gekozen plaatsing van de elektroden geen resultaat oplevert.

Voor de meridiaandoorvloeding is meestal één lichaamshelft voldoende.