

Test van de acupunctuurpunten

Deze test wordt uitgevoerd om de actuele energetische toestand in orgaan- c.q. meridiaanregio's vast te stellen of om het verloop van een behandeling te controleren.

Wij beperken ons tot de technische aspecten en schakelingen, die noodzakelijk zijn om een elektroacupunctuurtest uit te kunnen voeren. Het zou te ver gaan, hier de principes van de elektroacupunctuurtest te beschrijven.

Samenvattend zullen hier de normwaarden weergegeven worden:

- De ideale waarde van de elektroacupunctuurpunten aan handen en voeten bedraagt 50. De norm ligt tussen 50 en 56
- Voor de kwadrantentest is de ideale waarde 40, de norm is 30 tot 40
- Voor de geleidingswaardetest ligt de ideale waarde bij 80, de norm is 80 – 86
- Voor de hypothalamus (3E-20) is de normwaarde 80-82

Keuze van de vervolghtherapie aan de hand van de acupunctuurtest

Als na een therapie alle punten getest zijn, kan die meridiaan voor een therapie uitgekozen worden, diens testwaarde na de basistherapie verslechterd of het minst gebeterd is of als na de basistherapie zelfs een wijzerdaling te constateren is.

Is de testwaarde boven de norm 50-56, kiest men een programma voor “acute-ontsteking”.
Is de testwaarde duidelijk onder de norm 50 of een duidelijke wijzerdaling geconstateerd, kiest men een programma voor “chronisch-degeneratief”.